

Contrôle protéines totales dans l'urine et le LCR
Controlo proteínas totais na urina e LCR

Contrôle protéines totales dans l'urine et le LCR

IVD
Conserver à 2 - 8 °C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le contrôle de protéines totales dans l'urine et le LCR est une solution de gammaglobulines humaines.

USAGE PRÉVU

Contrôle utilisé pour évaluer la précision et l'exactitude des protéines totales présentes dans l'urine humaine et/ou le liquide céphalorachidien par des méthodes colorimétriques

RÉACTIFS

Protein u&csf Control	Solution aqueuse d'albumine/globuline humaine à de faibles concentrations en albumine/globuline. Conservateur.
-----------------------	--

PRÉCAUTIONS

Tous les composants d'origine humaine ont donné des résultats négatifs à l'antigène HBs, HCV et à l'anti-VIH (1/2). Ils doivent, néanmoins, être traités avec précaution comme potentiellement infectieux.

ÉTALONNAGE

Informations disponibles sur demande.

PRÉPARATION

Prêt à l'emploi.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Le Sérum contrôle est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage, si le flacon est maintenu bien fermé à 2-8 °C et s'il n'est pas contaminé durant son utilisation. Ne pas utiliser de réactifs après leur date d'expiration ou présentant des signes évidents de contamination microbienne.

PRÉSENTATION

REF	1002451	Cont.	1 x 5 mL
-----	---------	-------	----------

Controlo proteínas totais na urina e LCR

IVD
Armazenar a 2 - 8°C

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O controlo de proteínas totais na urina e LCR é uma solução de gamaglobulina humana.

FINALIDADE PREVISTA

Controlo usado para avaliar a precisão e exatidão das proteínas totais presentes na urina humana e/ou líquido cefalorraquidiano por métodos colorimétricos

REAGENTES

Protein u&csf Control	Solução aquosa de albumina/globulina humana em baixas concentrações de albumina/globulina. Conservante.
-----------------------	---

PRECAUÇÕES

Todos os componentes de origem humana foram negativos para o antígeno HBs, HCV e para o anti-HIV (1/2). No entanto, devem ser tratados com cautela como potencialmente infecciosos.

CALIBRAÇÃO

Informações disponíveis mediante solicitação.

PREPARAÇÃO

Pronto para usar.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

O soro de controlo é estável até à data de validade indicada na embalagem, quando o frasco é mantido bem fechado a 2-8°C, e a contaminação durante o uso é evitada. Não usar reagentes que tenham passado o prazo de validade ou com sinais óbvios de contaminação microbiana.

APRESENTAÇÃO

REF	1002451	Cont.	1 x 5 mL
-----	---------	-------	----------

LOT			
-----	--	---	--

VALEURS ATTRIBUÉES / VALORES ATRIBUÍDOS

Analyte / Analito	Valeur / Valor	Rang / Intervalo
Protein u&CSF		

* Cette fiche de contrôle du lot est applicable aux sous-lots. Lettre alphabétique séquentielle (p. ex. A, B, C, etc.) après le numéro de lot.

* Esta ficha de valores é aplicável ao lote e sublotes. Os sublotes são indicados com o n.º. lote seguido de letras sequenciais.

